

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE L'Assessore

Prot.n. 67539

Palermo, 25/9/2019

Oggetto: Chiarimenti alla Circolare n.6 del 17.04.2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n.73 del 03.05.2019 - "Disciplina dell'autorizzazione del servizio di trasporto infermi da parte di privati, cooperative sociali ed Associazioni di volontariato e di accreditamento delle Associazioni di Volontariato alle attività di supporto al trasporto in emergenza-urgenza".

*Alle Aziende Sanitarie Provinciali
della Regione Siciliana
LORO SEDI*

e p.c.

*Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Regione Siciliana*

Agli UU.TT.GG. Prefetture della Sicilia

*All'Assessore Regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali*

Facendo seguito all'incontro avvenuto in data 05.07.2019, a seguito di richiesta delle singole Associazioni di Volontariato, nonché di talune ASP territoriali, avvenuto presso il locali del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Servizio 6, ai fini di esplicitare alcuni contenuti della Circolare di cui in oggetto, cui ha fatto seguito la nota assessorile prot.63006 del 09.08.2019, quest'ultima che ha condiviso gli approfondimenti di cui sopra, si chiarisce quanto segue:

- 1) è in atto sospesa la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria alle AA.SS.PP. competenti per territorio per la Croce Rossa Italiana, in attesa di parere ministeriale all'uopo richiesto.
- 2) pag.2, punto 3, lettera c, comma 3, "locali per la rimessa delle ambulanze...": nel caso in cui l'Associazione sia priva di locali per la rimessa delle ambulanze, quest'ultima può stazionare in luogo pubblico, mettendo in pratica ogni precauzione di rito, così come stabilito dal principio civilistico della diligenza del buon padre di famiglia, ponendo così in equiparazione le ambulanze delle Associazioni private, con le ambulanze del Sistema ordinario di emergenza-urgenza S.U.E.S. 118. Rimane invariata la parte del medesimo comma, per la parte attinente le attività di sanificazione dell'ambulanza.
- 3) pag.4, al capoverso titolato "Modifiche": si chiarisce, che non necessita l'istruzione ex novo della procedura di autorizzazione, per eventuali situazioni di cambiamento, modificazione, trasformazione..., ma necessita esclusivamente che la pratica venga integrata secondo le procedure previste dal D.lgs.445/200, in tema di au-

to certificazione.

- 4) per le ambulanze che non effettuano servizi in "eccedenza", andrà definitivamente acquisito l'allegato "tabella con le dotazioni sanitarie minime", che dovranno obbligatoriamente essere presenti a bordo.
- 5) le autorizzazioni Sanitarie in atto vigenti si intendono cessate ipso iure alla loro naturale scadenza.
- 6) il D.lgs. 117/2017, si intende differito fino all'effettiva entrata in vigore del Registro Unico, fermo restando che si dovrà ottemperare alla modifica degli statuti delle Associazioni entro un anno dall'entrata in vigore del predetto Registro.

La Direttiva si intende operativa a far data dalla ricezione della presente, trasmessa a mezzo PEC.

L'Assessore Regionale per la Salute
Avv. Ruggero Razza



DOTAZIONE MINIMA STRUMENTALE DELLE AMBULANZE NON DESTINATE ALL'EMERGENZA 118

Di seguito si elencano le attrezzature e le dotazioni minima per ogni tipologia di ambulanza

Ambulanza di tipo B (Ambulanza di trasporto)

- 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza
- 1 barella autocaricante con cinture
- 1 sedia cardiopatica
- 1 tavola spinale + cinture di sicurezza (ragno) completa di fermacapo
- 1 telo portaferiti (6 maniglie)
- 1 (una) Bombola di ossigeno portatile da 2 lit
- Aspiratore fisso
- Biancheria per barella, lenzuola, coperte, traversa, cuscino, sacchetti per rifiuti e secrezioni gastriche
- Defibrillatore semi automatico
- Garze, bende, acqua ossigenata ed ogni altro presidio per eventuali medicazioni
- Ghiaccio in buste
- Ghiaccio Spray
- Guanti monouso
- Impianto di distribuzione ossigeno con almeno 2 prese alimentato da 2 bombole di O2 di 7l con scambiatore automatico, riduttore, manometro, flussimetro
- Impianto elettrico a norma di legge dotato di centralina di controllo
- Maschere facciali per ossigeno terapia
- Pallone (ambu) autoespandibile con set di maschere adulti
- Sfigmomanometro e fonendoscopio
- Un estintore vano guida da 3Kg
- Un estintore vano sanitario da 3 Kg
- N. 1 Zaino sanitario contenente:
 - Acqua ossigenata
 - Bende varie misure
 - Fisiologiche
 - Flacone di betadine
 - Forbici
 - Garze sterili
 - Ghiaccio in buste
 - Ghiaccio Spray
 - Guanti monouso
 - Laccio emostatico
 - Maschere per Ambu varie misure
 - Nastro telato adesivo ms.
 - Pallone di Ambu
 - Prolunghe per intubare
 - Rasoi (tipo bic)
 - Sacchetti per vomito
 - Siringhe varie misure
 - Steril-Strip (cerotti per punti)
 - Teli termici
 - Telini sterili

Ambulanza di tipo A (Ambulanza di soccorso)

Dotazione minima prevista per l'ambulanza di tipo B cui si aggiunge:

- 1 Bombola di ossigeno portatile da 2 lt (aggiuntiva a quella già prevista per le ambulanze di tipo B)

- Aspiratore portatile
- Defibrillatore semiautomatico
- Dispositivo di estricazione (Ked)
- Frigorifero
- Impianto elettrico a norma di legge dotato di centralina di controllo
- Kit da scasso
- Kit infusione e spremisacca
- Laringoscopio (adulto/pediatrico)
- Materasso a depressione
- Monitor multiparametrico (con ECG non meno di 5 canali)
- Pallone (ambu) autoespandibile con set di maschera, reservoir e tubo ossigeno
- Saturimetro portatile
- Set cannule oro-faringee o di Guedel
- Set cateteri venosi centrali
- Set cateteri vescicali
- Set collari cervicali
- Set steccobende da immobilizzazione arti superiori ed inferiori
- N. 1 zaino sanitario contenente:
 - Dotazione prevista per lo zaino sanitario delle ambulanze tipo B cui si aggiunge:
 - Kit trattamento ustioni
 - Pallone di Ambu adulto e pediatrico
 - saturimetro
 - set infusione
 - Sfigmomanometro e Fonendoscopio

ho